

# **REGULAMIN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO PRZY ZAKŁADZIE BIOTECHNOLOGII FARMACEUTYCZNEJ**

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

## **ROZDZIAŁ I**

### **POSTANOWIENIA OGÓLNE**

§ 1–5

Zgodne z ogólnym regulaminem STN.

## **ROZDZIAŁ II**

### **REJESTRACJA SKN**

§ 6–12

Zgodne z ogólnym regulaminem STN.

## **ROZDZIAŁ III**

### **OBOWIĄZKI PRZEWODNICZĄCEGO SKN**

§ 13

Zgodne z ogólnym regulaminem STN.

## **ROZDZIAŁ IV**

### **CELE I ZADANIA SKN**

§ 14

Zgodne z ogólnym regulaminem STN.

## **ROZDZIAŁ V**

### **CZŁONKOSTWO W SKN**

§ 15–19

Zgodne z ogólnym regulaminem STN.

## **ROZDZIAŁ VI**

### **WŁADZE SKN**

§ 20–22

Zgodne z ogólnym regulaminem STN.

## **ROZDZIAŁ VII**

### **ZAŚWIADCZENIA**

§ 23–24

Zgodne z ogólnym regulaminem STN.

## **ROZDZIAŁ VIII**

### **ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI**

§ 25

Zgodne z ogólnym regulaminem STN.

## **ROZDZIAŁ IX**

### **ROZWIĄZANIE SKN**

§ 26

Zgodne z ogólnym regulaminem STN.

## **ROZDZIAŁ X**

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

§ 27

Zgodne z ogólnym regulaminem STN.

---

## **ROZDZIAŁ XI**

### **ZASADY PRACY LABORATORYJNEJ I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI**

§ 28

Każdy członek SKN zobowiązany jest do przestrzegania zasad higieny pracy laboratoryjnej oraz utrzymania porządku w miejscu pracy. W szczególności:

1. **Sprzątanie stanowiska pracy**

- Po zakończeniu pracy należy dokładnie posprzątać swoje stanowisko.
  - Powierzchnie robocze należy przetrzeć odpowiednim środkiem dezynfekującym.
  - Odpady należy segregować zgodnie z zasadami obowiązującymi w Zakładzie.
2. **Czyszczenie wag laboratoryjnych**
- Wagi należy przecierać wyłącznie przeznaczoną do tego szczoteczką.
  - Zabrania się używania innych narzędzi lub środków czyszczących.
3. **Praca pod łóżą laminarną**
- Przed rozpoczęciem pracy łóżę należy przemyć alkoholem (70% etanol lub izopropanol).
  - Po zakończeniu pracy łóżę należy ponownie przemyć alkoholem.
  - Zużyte sterylne szalki Petriego należy zapakować w folię aluminiową w liczbie odpowiadającej zużytych paczkom i pozostawić do sterylizacji.
4. **Mycie szkła laboratoryjnego**
- Kolby i probówki zawierające agar należy opróżnić.
  - Resztki agaru należy zamrozić i oznaczyć jako „waste”.
  - Z każdego szkła laboratoryjnego należy usunąć oznaczenia wykonane markerem.
5. **Zakaz pozostawiania nieoczyszczonego sprzętu**
- Niedopełnienie obowiązku sprzątania może skutkować czasowym zawieszeniem członka w działalności Koła.
6. **Kontrola czystości**
- Przewodniczący Koła lub wyznaczony członek zespołu może przeprowadzać regularne kontrole czystości i porządku w laboratorium.